

ร่างขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference)

โครงการจัดหา ชุดเครื่องมือผ่าตัดดมลูก ต่าบลดลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 3 ชุด

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ขยายการให้บริการ โดยได้เปิดบริการผ่าตัดทางสูติ-นรีเวช ทางห้องผ่าตัด จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาชุดเครื่องมือผ่าตัดดมลูก เพื่อใช้ในการบริการผ่าตัด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายบริการและเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการทำผ่าตัดดมลูก

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นผู้มิอาจให้ขายพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



4. คุณลักษณะและรายละเอียด หรือขอบเขตของงาน

- 4.1 คีมหนีบจับสำลีและก๊อชแบบ Foerster Forceps ปลายตรง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร จำนวน 12 ชิ้น
- 4.2 คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200-205 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.3 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ DE-BAKEY ชนิดด้ามทอง ปลายปากตรง เสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ความยาวไม่น้อยกว่า 205-210 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.4 คีมหนีบจับเนื้อเยื่อและลำไส้ชนิด Babcock ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 210-215 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.5 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Allis ปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 200-205 มิลลิเมตร จำนวน 12 ชิ้น
- 4.6 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Allis ปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 155-160 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.7 คีมจับเนื้อเยื่อแบบ Kocher ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ปลายปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 185-190 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.8 คีมหนีบห้ามเลือด Kocher ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ปลายปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 225-230 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.9 คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Pean ปลายโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 185-190 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.10 คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Pean ปลายโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 205-210 มิลลิเมตร จำนวน 12 ชิ้น
- 4.11 คีมหนีบจับต่อมทอนซิลแบบ Schnidt ปากโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 190-195 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.12 คีมหนีบห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Gemini ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 210-215 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.13 คีมหนีบผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130-135 มิลลิเมตร จำนวน 36 ชิ้น
- 4.14 คีมหนีบห้ามเลือดและเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Crile ปากตรง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 36 ชิ้น
- 4.15 คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Crile ชนิดโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร จำนวน 36 ชิ้น
- 4.16 อุปกรณ์สำหรับถ่างแผล แบบ Deaver ขนาด 25 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 305-310 มิลลิเมตร จำนวน 3 ชิ้น
- 4.17 อุปกรณ์สำหรับถ่างแผล แบบ Deaver ขนาด 38 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 320-325 มิลลิเมตร จำนวน 3 ชิ้น
- 4.18 อุปกรณ์สำหรับถ่างแผล แบบ Deaver ขนาด 50 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 315-320 มิลลิเมตร จำนวน 3 ชิ้น
- 4.19 เครื่องมือถ่างแผล / เนื้อเยื่อแบบ Kelly ขนาดใบ Blade ยาวไม่น้อยกว่า 62 x 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 260-265 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น



จักษุแพทย์ ศิริราชพยาบาล

(Handwritten signature)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ)

- 4.20 อุปกรณ์สำหรับถ่างแผล แบบ Kocher ใบถ่างขนาดไม่น้อยกว่า 78x65 มิลลิเมตร
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชิ้น
- 4.21 อุปกรณ์ถ่างขยายแผล Parker Langenbeck ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 215-220 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชุด
- 4.22 อุปกรณ์สำหรับถ่างช่องท้อง แบบ Balfour-Standard ขนาดความยาวระยะถ่างมากที่สุดไม่น้อยกว่า 225-230 มิลลิเมตร ใบถ่างด้านข้างขนาดไม่น้อยกว่า 100x35 มิลลิเมตร ใบถ่างกลางขนาดไม่น้อยกว่า 68x85 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชุด
- 4.23 ท่อดูดเลือดและของเหลวแบบ Poole ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร จำนวน 3 ชิ้น
- 4.24 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.25 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200-205 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.26 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 205-210 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.27 อุปกรณ์หนีบจับเนื้อเยื่อ ปลายปากแบบเล็ก ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200-205 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.28 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.29 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.30 อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ Adson มีเขี้ยว 1:2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร
จำนวน 6 ชิ้น
- 4.31 อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo Hegar ปากละเอียด ด้ามทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชิ้น
- 4.32 ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3 จำนวน 6 ชิ้น
- 4.33 ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3L จำนวน 3 ชิ้น
- 4.34 กรรไกรแบบ Mayo ชนิดเสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ด้ามทอง ปลายโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 170-175 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชิ้น
- 4.35 กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ปลายโค้ง แบบปลายป้าน/ปลายป้าน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชิ้น
- 4.36 กรรไกรแบบ Mayo ตรง ด้ามทอง ปลายป้าน/ปลายป้าน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 170-175 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชิ้น
- 4.37 กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปลายตรง แบบปลายแหลม/ปลายป้าน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 165-170 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชิ้น
- 4.38 กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปลายตรง แบบปลายแหลม/ปลายป้าน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 185-190 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชิ้น
- 4.39 คีมหนีบเนื้อเยื่อมตลูกแบบ Heaney ปากโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 240-245 มิลลิเมตร
จำนวน 12 ชิ้น
- 4.40 ชุดอุปกรณ์ถ่างช่องคลอดแบบ Kristeller ขนาด Specular หรือ Lower Blade ความยาวไม่น้อย



ศิริพร กนกนพงศ์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ)

กว่า 110x28 มิลลิเมตร และขนาด Retractor หรือ Upper Blade ความยาวไม่น้อยกว่า 115x23 มิลลิเมตร

จำนวน 3 ชุด

4.41 ชุดอุปกรณ์ต่างช่องคลอดแบบ Kristeller ขนาด Specular หรือ Lower Blade ความยาวไม่น้อยกว่า 110x30 มิลลิเมตร และขนาด Retractor หรือ Upper Blade ความยาวไม่น้อยกว่า 115x26 มิลลิเมตร

จำนวน 3 ชุด

4.42 ซิลิโคนสีเหลือง, แดง สำหรับทดสอบความคมของกรรไกรตามมาตรฐาน DIN 58298 โดยซิลิโคนสีเหลือง ใช้สำหรับทดสอบกรรไกรแบบไมโคร กรรไกรแบบด้ามสปริงกรรไกรตัดหลอดเลือดและกรรไกรเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ซิลิโคนสีแดง สำหรับใช้ทดสอบ กรรไกรตัดไหม กรรไกรแต่งแผล กรรไกรตัดแต่งลำไส้ และกรรไกรตัดแต่งกระดูก

จำนวน 18 แพ็ค

4.43 แผ่นกรองเชื้อจุลชีพแบบกลม ขนาด 190 มิลลิเมตร พร้อมตัวบ่งชี้ (indicator) ว่าได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) ตามมาตรฐาน ISO 11607-1 จำนวน 9 แพ็ค

4.44 อุปกรณ์สำหรับบล็อกฝากล่อง เพื่อตรวจสอบการเปิดของกล่อง

จำนวน 9 แพ็ค

4.45 น้ำยาทำความสะอาด สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวและข้อต่อของเครื่องที่ติดคราบเลือดล้างทำความสะอาดยาก หรือคราบขาวที่แห้งตกค้าง รวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวของ container (coated aluminium) ได้โดยไม่เสียหาย ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร

จำนวน 18 แกลลอน

4.46 แปรงล้างทำความสะอาดพื้นผิวขนแปรงสังเคราะห์ แบบขนแปรง 2 ด้าน ความยาว 155 มิลลิเมตร ความยาวขนแปรง 15 มิลลิเมตรและ 12 - 15 มิลลิเมตร ความยาวส่วนแปรง 10 และ 30 มิลลิเมตร ด้ามจับเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงจับถนัดมือ

จำนวน 3 แพ็ค

4.47 กล่องบรรจุเครื่องมือทำจากอลูมิเนียมอนไดซ์ ฝากล่องมีช่องสลักสัน-ยาว (line perfor) ช่วยให้ไอน้ำผ่านเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดความยาว x กว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 485X272X116 มม.

จำนวน 3 กล่อง

4.48 ฝากล่องเครื่องมือ ชนิดทางผ่านเข้า-ออกของไอน้ำเป็นเส้นตรง สัน-ยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าออกของไอน้ำให้ดียิ่งขึ้น

จำนวน 3 ฝา

4.49 ตะแกรงบรรจุเครื่องมือขนาดพอดีกับตัวกล่อง

จำนวน 3 ชั้น

4.50 แผ่นซิลิโคนสำหรับรองเครื่องมือ

จำนวน 3 ชั้น

4.51 ถ้วยไอโอดีน 6 ออนซ์

จำนวน 12 ชั้น

4.52 ขามรูปไต

จำนวน 6 ชั้น

4.53 อุปกรณ์ร้อยเครื่องมือแบบสองทาง

จำนวน 15 ชั้น

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

5.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

5.2 ต้องรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมอะไหล่และบริการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้อง

5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงคุณลักษณะและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องเขียนลำดับเลขหน้า และ เลขข้อ พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความหรือใช้สีเน้นข้อความ ลงในเอกสารแสดงคุณลักษณะและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) ของผู้เสนอราคา ให้ตรงตามเลขข้อในคุณลักษณะและรายละเอียดของพัสดุแต่ละรายการ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในร่างขอบเขตงาน รวมทั้งต้องจัดทำลงในแบบตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่แนบให้ครั้งนี้

วิจิตร ธีรปภพพงษ์



Signature

5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการติดตั้ง แล้วแจ้งต่อมหาวิทยาลัยก่อนทำการติดตั้ง หากไม่เข้าสำรวจพื้นที่แล้วต่อมาเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา จะเรียกร่องสิทธิต่างๆ ในภายหลังไม่ได้

5.5 เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ขายจะต้องทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพพื้นที่ โครงสร้างต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งทีประกอบกับอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม

5.6 กรณีที่เป็นสินค้าคงทนถาวร คู่สัญญาผู้ส่งมอบต้องติดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไว้บนสินค้าด้วยวัสดุ ชนิด ติดแน่นไม่ลอกง่าย ในวันส่งมอบเพื่อไว้ติดต่อในการให้บริการหลังการส่งมอบ

ฯลฯ

6. กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (เลือกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง)

7.1 (✓) ใช้หลักเกณฑ์ ราคา โดยจะพิจารณาจากราคารวม

7.2 () ใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้

7.2.1 ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลักและบังคับเลือก)

น้ำหนัก.....

7.2.2 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการฯ)

น้ำหนัก.....

7.2.3 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการฯ)

น้ำหนัก.....

7.2.4 บริการหลังการขาย (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการฯ)

น้ำหนัก.....

7.2.5 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการฯ)

น้ำหนัก.....

8. ระยะเวลาส่งมอบ

คู่สัญญาผู้ส่งมอบจะต้องส่งมอบและติดตั้ง พร้อมทดสอบจนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9. เงื่อนไขการส่งมอบ

(✓) ส่งมอบครบถ้วนทั้งหมดครั้งเดียว ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

() ส่งมอบเป็นงวด ตามที่กำหนดในสัญญา

() ส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

10. สถานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาผู้ส่งมอบเมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12. การปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดคู่สัญญาผู้ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ คู่สัญญาผู้รับมอบ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน หรือล่าช้า คู่สัญญาผู้ส่งมอบจะต้องชำระค่าปรับให้ คู่สัญญาผู้รับมอบเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนดในสัญญา ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวัน ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่คู่สัญญาผู้ส่งมอบได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาผู้รับมอบจนถูกต้อง ครบถ้วน

13. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

13.1 วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 1,652,900.00.- บาท (...หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท ถ้วน...)

13.2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,916,215.00.- บาท (...หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสอง ร้อยสิบห้าบาทถ้วน...)

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นพ.สรรรุชชัย สมบัติใหม่ไทย

โทรศัพท์ : 0 4302 1021 ต่อ 7730

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 0 4302 1021 ต่อ 7750 หรือ 7783 หรือ 7868

อีเมลล์ แอดเดรส : medicine.egp@msu.ac.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานจัดหาดังกล่าว โปรดให้ความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวไปยังหน่วยงานทาง อีเมลล์ แอดเดรส หรือทางโทรสาร ตามรายละเอียด ที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นพ.สรรรุชชัย สมบัติใหม่ไทย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พญ.ภัทราวดี ศิริประภานนท์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นพ.ปวรรุจจุฑ์ ทักษณาเวสมน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นส.ปภาวรินทร์ เหล่ายนขาม)

หมายเหตุ. หากแต่งตั้งคนเดียว ให้ลงเป็น (ลงชื่อ).....ผู้กำหนดคุณลักษณะ (เพียงผู้เดียว)

