

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีใช้งานก่อสร้าง)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference)

โครงการ.....ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเปิดแผล.....จำนวน.....5.....ชุด

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวชมีการขยายการบริการเพิ่มมากขึ้น มีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามารับการรักษา และด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดหาชุดอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับผ่าตัดเปิดแผล เพื่อใช้ในการบริการตรวจรักษาและผ่าตัดภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีอยู่ใน แผนการขยายบริการ จำนวน 5 ชุด โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ในวงเงิน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรองรับการขยายการให้บริการการผ่าตัดเปิดแผล ของโรงพยาบาลสุทธาเวช ที่มีปริมาณ ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นผู้มิอาชีพให้ขายหรือให้บริการพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอมให้แก่มหาวิทยาลัย มหาสารคาม หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอมได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. คุณสมบัติและรายละเอียด หรือขอบข่ายของงาน

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.1.1 เป็นเครื่องมือผ่าตัดที่ทำจากโลหะปลอดสนิม

4.1.2 สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อโรดด้วยกรรมร้อนเพื่อการปลอดเชื้อ(Autoclave) โดยไม่เสียคุณสมบัติ

และความแข็งแรง



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

#### 4.2 คุณสมบัติเฉพาะ

- |        |                                                                                                                                                             |                  |    |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
| 4.2.1  | ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 3                                                                                                                                        | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |
| 4.2.2  | คีมหนีบจับสำลีและก๊อชแบบ Foerster Forceps ปลายตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 250-255 มิลลิเมตร                                                                         | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |
| 4.2.3  | อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Crile-Wood ปลายเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ ปลายปากแบบ Mini ใช้จับไหม 4-0 - 6-0 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150-155 มิลลิเมตร | จำนวนไม่น้อยกว่า | 5  | ชิ้น |
| 4.2.4  | อุปกรณ์หนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ MAYO - HEGAR ปากทำจากทั้งสแตน คาร์ไบด์ ปลายปากแบบ standard ใช้จับไหม 0-6 - 4-0 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180-185 มิลลิเมตร  | จำนวนไม่น้อยกว่า | 5  | ชิ้น |
| 4.2.5  | คีมหนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทอง แบบ Mayo-Hegar เสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ปลายปากแบบ standard ใช้จับไหม 0-6 - 4-0 ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200-205 มิลลิเมตร   | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |
| 4.2.6  | คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Crile ชนิดโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร                                                                                    | จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 | ชิ้น |
| 4.2.7  | คีมหนีบห้ามเลือดและเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Crile ปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร                                                                     | จำนวนไม่น้อยกว่า | 20 | ชิ้น |
| 4.2.8  | คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Halsted-Mosquito ชนิดโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร                                                                         | จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 | ชิ้น |
| 4.2.9  | คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Halsted-Mosquito ปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 125-130 มิลลิเมตร                                                                           | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |
| 4.2.10 | คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Allis ปลายตรง ฟัน 5x6 ความยาวไม่น้อยกว่า 155-160 มิลลิเมตร                                                                             | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |
| 4.2.11 | คีมสำหรับหนีบห้ามเลือดแบบ Kocher ชนิดมีเขี้ยว 1:2 เขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 140-145 มิลลิเมตร                                                           | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |
| 4.2.12 | กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปลายตรง แบบปลายแหลม/ปลายป้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร                                                                     | จำนวนไม่น้อยกว่า | 5  | ชิ้น |
| 4.2.13 | กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อปลายมนเล็ก ป้าน/ป้าน ปลายโค้งแบบด้ามทอง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 145-150 มิลลิเมตร                                                     | จำนวนไม่น้อยกว่า | 5  | ชิ้น |
| 4.2.14 | กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อปลายมนเล็ก ป้าน/ป้าน ปลายโค้งแบบด้ามทอง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 205-210 มิลลิเมตร                                                     | จำนวนไม่น้อยกว่า | 5  | ชิ้น |
| 4.2.15 | อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 140-145 มิลลิเมตร                                                                     | จำนวนไม่น้อยกว่า | 10 | ชิ้น |



ON

๑๖  
๕ Impo ๑๖๖๖

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีชิ้นงานก่อสร้าง)

- 4.2.16 ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดมีเขี้ยว 1:2 เขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 140-145 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
- 4.2.17 อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson ไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
- 4.2.18 อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ Adson มีเขี้ยว 1:2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120-125 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
- 4.2.19 คีมหนีบผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130-135 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชิ้น
- 4.2.20 อุปกรณ์ถ่างขยายแผล Parker Langenbeck ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 215-220 มิลลิเมตร Fig.1 ขนาดใบถ่าง ไม่น้อยกว่า 21x15/40x15 มิลลิเมตร Fig.2 ขนาดใบถ่าง ไม่น้อยกว่า 25x15/45x15 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
- 4.2.21 เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Mueller ชนิดถ่างสองด้าน ปลายแหลม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
- 4.2.22 เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Miller ชนิดถ่างสองด้าน ชนิดเขี้ยวหุ่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160-165 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
- 4.2.23 ท่อดูดเลือดและของเหลวแบบ Poole ขนาดท่อ 10 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
- 4.2.24 ถ้วยไอโอดีน 6 ออนซ์  
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
- 4.2.25 ขามรูปไต 8"  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
- 4.2.26 กล่องบรรจุเครื่องมือทำจากอลูมิเนียมไนไตรด์ ฝากล่องมีช่องสลักสัน-ยาว (line perfor) ช่วยให้ไอน้ำผ่านเข้า ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดความยาว x กว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 380x244 x 116 มิลลิเมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กล่อง
- 4.2.27 ฝากล่องเครื่องมือ ชนิดทางผ่านเข้า-ออกของไอน้ำเป็นเส้นตรง สัน-ยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าออกของไอน้ำให้ดียิ่งขึ้น  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ฝา
- 4.2.28 ตะแกรงบรรจุเครื่องมือขนาดพอดีกับตัวกล่องสินค้าประกอบการใช้งานไม่คิดมูลค่า  
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
- 4.2.29 น้ำมันหยดสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือผ่าตัด เป็นน้ำมันที่สามารถใช้กับเครื่องมือผ่าตัดได้ อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการติดไฟไม่ต่ำกว่า 343 องศาเซลเซียส ขนาดปลายปากทำด้วยสแตนเลส สตีล มีขนาดไม่น้อยกว่า 5-7 มิลลิเมตร ทำให้สามารถใช้กับเครื่องมือที่ต้องนำไป Autoclave ได้  
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น

### 4.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.3.1 เนื่องจากเครื่องมือผ่าตัดเปิดแผลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ประกอบกับต้องใช้หมุนเวียนหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและความคุ้มค่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ แสดงการรับรองว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO13485 ยกเว้นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย



Handwritten signatures and initials.

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีชิ้นงานก่อสร้าง)

4.3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเอกสารคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้าฉบับจริง (แค็ตตาล็อกฉบับจริง) ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันยื่นเสนอราคา ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะถือว่าเอกสารแค็ตตาล็อกฉบับจริง เป็นเอกสารสำคัญ หากไม่ยื่นตามที่กำหนดจะถือว่ายื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

4.3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอ ไปพร้อมทั้งต้องอธิบายสาระสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบและพิจารณา ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากไม่นำตัวอย่างไปตามที่กำหนด จะถือว่ายื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน

## 5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

5.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

5.2 ต้องรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมอะไหล่และบริการต่างๆ ไม่น้อยกว่า.....2.....ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้อง

5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องเขียนลำดับเลขหน้า และ เลขข้อ พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความ ลงในเอกสารแสดงคุณสมบัติและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) ของผู้เสนอราคา ให้ตรงตามเลขข้อใน คุณสมบัติและรายละเอียด หรือขอบเขตของงาน ที่กำหนดไว้ในร่างขอบเขตงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องจัดทำลงในแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แนบให้ครั้งนี้

5.4 เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ส่งมอบจะต้องทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพพื้นที่ โครงสร้างต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งประกอบกับอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิม

5.5 เพื่อความสะดวกในการติดต่อบริการหลังการขาย กรณีที่เป็นสินค้าคงทนถาวร ผู้ส่งมอบต้องติดชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์สินค้าด้วยวัสดุชนิดติดแน่นไม่ลอกง่าย


5.6 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน มาทำการสาธิตการใช้งานการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล (พยาบาลและช่างเครื่องมือแพทย์) จนใช้สามารถใช้งานได้

5.7 ในระหว่างการรับประกันผู้เสนอจะต้องเข้าทำการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีและกระทำโดยช่างผู้ชำนาญของผู้ขายโดยตรง โดยมีการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า และต้องเข้าทำการแก้ไขเครื่อง หากเครื่องมีปัญหาขัดข้อง ภายใน 72 ชั่วโมง

5.8 ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

## 6. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....120.....วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้



หน้า 4

๑

๒

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีใช้งานก่อสร้าง)

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (เลือกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง)

7.1 (✓) ใช้หลักเกณฑ์ ราคา โดยจะพิจารณาจากราคารวม

7.2 ( ) ใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้

7.2.1 ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลักและบังคับเลือก) น้ำหนัก.....

7.2.2 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการ) น้ำหนัก.....

7.2.3 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการ) น้ำหนัก.....

7.2.4 บริการหลังการขาย (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการ) น้ำหนัก.....

7.2.5 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ (คำนวณคะแนนโดยคณะกรรมการ) น้ำหนัก.....

8. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ส่งมอบจะต้องส่งมอบและติดตั้ง พร้อมทดสอบจนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน.....90.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9. เงื่อนไขการส่งมอบ

(✓) ส่งมอบครบถ้วนทั้งหมดครั้งเดียว ตามที่กำหนดในสัญญา

( ) ส่งมอบเป็นงวด ตามที่กำหนดในสัญญา

( ) ส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

10. สถานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาผู้ส่งมอบเมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา

12. การปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดคู่สัญญาผู้ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่คู่สัญญาผู้รับมอบ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน หรือล่าช้า คู่สัญญาผู้ส่งมอบจะต้องชำระค่าปรับให้คู่สัญญาผู้รับมอบเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนดในสัญญาของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่คู่สัญญาผู้ส่งมอบได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาผู้รับมอบจนถูกต้อง ครบถ้วน

13. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

12.1 วงเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

12.2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รวมเป็นเงิน 945,000.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นางนภาพร บุตรมาตย์

โทรศัพท์ : 083-290-9335

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 0 4302 1021




Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีใช้งานก่อสร้าง)

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น โปรด  
ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ส่งไปยังหน่วยงานทางที่อยู่อีเมล  
medicine.egp@msu.ac.th ภายในกำหนดตามประกาศ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นพ.วศัญญา ชินภักดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางนภาพร บุตรมาตย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(น.ส.นฤมล ชีร์วัฒน์กร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(น.ส.อาภรณ์ พิมพ์ภักดิ์)

